

KIMO

S0221106.L23

LDB23

19/06/2018

Résumé de campagne

Société :

Appareil :

DB300 n° : 14040049
 Microphone n° : 0142064
 NF EN 61672 classe 1
 Date de vérification : 08/04/2014
 Date de calibration :
 Numéro de certificat :

Configuration :

Mode : Leq - stockage

Départ de mesure : 11/06/2018 11:40:34


Fin de mesure : 11/06/2018 12:12:42

Durée de la mesure : 00:32:08

Pondération Leq : A/C 1/1 Octave

Pondération Lpk : C

Durée d'intégration : 1 s




Résultats (Modifiés) :


Départ de mesure :
 11/06/2018 11:40:34
 Fin de mesure :
 11/06/2018 12:12:42
 Durée de la mesure :
 00:32:08
 LAeq : 48,9 dB
 LAeq max : 72,3 dB
 LAeq min : 30,4 dB
 LCeq : 62,3 dB
 LCeq max : 84,9 dB
 LCeq min : 53,0 dB
 LCpk max : 92,1 dB
 % Surcharge : 0,00 %
 LAN :

L01 = 62,2 dB
 L10 = 43,3 dB
 L50 = 38,1 dB
 L90 = 33,2 dB
 L95 = 32,4 dB

Indices fractiles :



C10 = 0 %
 C20 = 0 %
 C30 = 26 %
 C40 = 68 %
 C50 = 4 %
 C60 = 1 %
 C70 = 1 %
 C80 = 0 %
 C90 = 0 %
 C100 = 0 %
 C110 = 0 %
 C120 = 0 %
 C130 = 0 %
 C140 = 0 %



Observations :

Commentaire général :

KIMO

S0221106.L23

LDB23


19/06/2018

Résumé de campagne

Analyse fréquentielle : Résultats

	Leq (dB)	Max (dB)	Min (dB)
A	48,9	72,3	30,4
C	62,3	84,9	53,0
Z	68,5	88,0	57,4
Hz			
16	55,7	69,4	42,9
31.5	62,8	87,9	50,3
63	57,2	71,4	49,6
125	52,8	76,0	40,6
250	44,4	66,8	27,0
500	45,3	67,5	22,5
1K	44,2	67,4	20,4
2K	42,1	66,6	18,1
4K	36,5	62,0	13,9
8K	28,5	54,2	11,9
16K	18,4	46,1	9,1

Analyse fréquentielle : Spectre



Commentaire général :